

## 动物平台关于四楼自动饮水笼盒放错造成安全事故的通报


校内各课题组：


2025年10月18日，校内某课题组学生陈XX和郑XX在动物平台418房间实验，实验结束后笼盒放回笼架过程中，没有检查四楼笼盒的笼盖、食槽、底盒的方向性，有一笼未反向插回笼架，导致该列水路漏水，直接造成该笼盒正下方的笼盒内大量进水，其中的实验鼠全部溺亡，同时418房间地面、清洁走廊均出现积水情况。直到工作人员当日巡查时发现并及时处理，才避免了进一步的安全事故。

鉴于此次事件造成后果较严重，特对涉事人员做出禁入两周、重新培训的处罚，望各课题组引以为戒，使用四楼自动饮水笼盒时重点检查笼盒的方向，杜绝类似情况的发生。

生物医学测试中心动物平台

2025.10.21







被淹的笼盒积水



溺亡的实验鼠



418 房间地面积水



清洁走廊地面积水